

牛肉中に含まれる放射性セシウムの分析結果

平成 23 年 7 月 27 日
高知県衛生研究所

1 検査検体

平成 23 年 7 月 27 日 14 時 15 分に高知市保健所から衛生研究所に持ち込まれた検体

検体 N o 市 4 0

商品名 : 特定加熱食肉製品 交雑牛ローストビーフ
名称 : ローストビーフ
内容量 : 536 g
賞味期限 : 11.12.05

検体 N o 市 4 1

商品名 : 特定加熱食肉製品 交雑牛ローストビーフ
名称 : ローストビーフ
内容量 : 778 g
賞味期限 : 11.12.05

2 検査機関・検査日時・検査方法

○ 検査機関 高知県衛生研究所

○ 検査日時・検査検体量

市 4 0 平成 23 年 7 月 27 日 15 時 21 分～15 時 51 分 85g

市 4 1 平成 23 年 7 月 27 日 15 時 52 分～16 時 22 分 88g

○ 検査方法

「緊急時における食品の放射能測定マニュアル（平成 14 年 3 月厚生労働省）」
により示されたゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリ
ーによる核種分析法

3 検査結果

単位 Bq/kg

検体	セシウム-137	セシウム-134	放射性セシウム合計
市40	検出されず	検出されず	-
市41	検出されず	検出されず	-

※ 検出下限値

単位 Bq/kg

検体	セシウム-137	セシウム-134	
市40	9.1	9.5	
市41	8.1	7.7	